



**Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal**

**Metrológiai Hatóság**

1124 BUDAPEST, NÉMETHY ÖLGYI ÚT 37-39.  
Telefon: 458 5800, Telefax: 458 5927  
e-mail: [fodora@mkeh.hu](mailto:fodora@mkeh.hu)

Ügyiratszám: MKEH-MH/01441-001/2011/AG/0001

Hivatkozási szám: -

Ügyintéző: Fodor Attila

1/2 oldal

## MÉRÉSTECHNIKAI VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

**A vizsgálat tárgya:** számítóegység  
gyártó: PROT-EL Kft  
típus: Any-Flow  
gyártási szám: 2011/001  
bemenőjel: 1\*(4...20) mA, 1\*Pt 100, 1\*frekvencia  
kimenőjel: -  
pontossági osztály: 0,05  
megjegyzés: -

**A vizsgálatra bemutatta:** Prot-el Kft. - Budapest

**A vizsgálat helye és ideje:** MKEH Metrológiai Hatóság. Nagytétényi út 15.  
2011. év 03. hó 24. nap

**A vizsgálat módja:** a mérés technikai vizsgálat az ME 720-11MET jelű minőségirányítási eljárásban foglaltak alapján, a HE 76/12-1991 jelű előírás szerint, az előírt pontossági tartaléknak megfelelően kiválasztott etalonokkal történt. A mérések eredményei országos etalonra visszavezethetők.


**Értékelés:** a mérőeszköz az előírt követelményeknek *megfelelt*.

A vizsgálat jelül a(z) **F040089** számú hologramos matricát alkalmaztuk.

A következő vizsgálat időpontját az üzemeltető határozza meg az általa működtetett minőségügyi rendszerben rögzítettek szerint, a mérőeszköz állapotának megfelelően.

Budapest, 2011.03.24.

**A vizsgálatot végezte:**



metrológus